

Auswertung 7. Ringversuch Gravimetrie 2026

Teiln. Nr.:	PR-Nr.:	Leer	Gefüllt	Differenz [g]	Differenz [mg]	Ermittelt [mg]	Ergebnis [mg]	Bemerkung	Wiederfindungsrate [%]
2026-0001	11	0,82717	0,8392	0,01203	12,03000	11,93000	0,10000		99,2
	12	0,80228	0,81323	0,01095	10,95000	10,33000	0,62000		94,3
	13	0,80300	0,81366	0,01066	10,66000	10,37000	0,29000		97,3
	14	0,77550	0,78857	0,01307	13,07000	12,60000	0,47000		96,4
2026-0002	15	0,79083	0,80087	0,01004	10,04000	10,45000	-0,41000		104,1
	16	0,82318	0,83507	0,01189	11,89000	12,33000	-0,44000		103,7
	17	0,77394	0,78371	0,00977	9,77000	10,29000	-0,52000		105,3
	18	0,78776	0,79832	0,01056	10,56000	11,17000	-0,61000		105,8
2026-0003	19	0,78436	0,79748	0,01312	13,12000	11,80000	1,32000		89,9
	20	0,77455	0,7862	0,01165	11,65000	11,60000	0,05000		99,6
	21	0,80251	0,8135	0,01099	10,99000	10,80000	0,19000		98,3
	22	0,79232	0,80318	0,01086	10,86000	10,70000	0,16000		98,5
2026-0004	23	0,83844	0,84979	0,01135	11,35000	10,69000	0,66000		94,2
	24	0,79583	0,80572	0,00989	9,89000	9,02000	0,87000		91,2
	25	0,82285	0,83338	0,01053	10,53000	9,78000	0,75000		92,9
	26	0,79930	0,81202	0,01272	12,72000	10,93000	1,79000		85,9
2026-0005	27	0,79383	0,80616	0,01233	12,33000	11,95000	0,38000		96,9
	28	0,78291	0,79323	0,01032	10,32000	7,16000	3,16000		69,4
	29	0,77675	0,78818	0,01143	11,43000	11,01000	0,42000		96,3
	30	0,76262	0,77543	0,01281	12,81000	11,65000	1,16000		90,9
2026-0006	31	0,82974	0,83915	0,00941	9,41000	8,41000	1,00000		89,4
	32	0,81625	0,82917	0,01292	12,92000	12,85000	0,07000		99,5
	33	0,81558	0,82783	0,01225	12,25000	11,94000	0,31000		97,5
	34	0,80326	0,81479	0,01153	11,53000	11,36000	0,17000		98,5
2026-0007	35	0,78747	0,79927	0,01180	11,80000	10,48000	1,32000		88,8
	36	0,79600	0,80783	0,01183	11,83000	11,50000	0,33000		97,2
	37	0,81777	0,82699	0,00922	9,22000	8,25000	0,97000		89,5
	38	0,82120	0,83254	0,01134	11,34000	9,76000	1,58000		86,1
2026-0008	39	0,82270	0,83682	0,01412	14,12000		14,12000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	40	0,80704	0,81816	0,01112	11,11556		11,11556	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	41	0,79726	0,80827	0,01101	11,01000		11,01000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	42	0,81573	0,82599	0,01026	10,26000		10,26000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
2026-0009	43	0,79643	0,80789	0,01146	11,46000	7,36000	4,10000		64,2
	44	0,79618	0,80839	0,01221	12,21000	11,29000	0,92000		92,5
	45	0,77368	0,78208	0,00840	8,40000	7,91000	0,49000		94,2
	46	0,79461	0,8076	0,01299	12,99000	12,79000	0,20000		98,5
2026-0010	47	0,78746	0,79726	0,00980	9,80000	7,51000	2,29000		76,6
	48	0,79756	0,80921	0,01165	11,65000	11,24000	0,41000		96,5
	49	0,80265	0,81258	0,00993	9,93000	9,58000	0,35000		96,5
	50	0,79040	0,80007	0,00967	9,67000	9,48000	0,19000		98,0
2026-0011	51	0,80427	0,81586	0,01159	11,59000		11,59000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	52	0,78824	0,79831	0,01007	10,07000		10,07000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	53	0,79953	0,81003	0,01050	10,50000		10,50000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
	54	0,79996	0,81135	0,01139	11,39000		11,39000	Ergebnis noch nicht eingereicht	0,0
2026-0012	55	0,82340	0,83546	0,01206	12,06000	11,60000	0,46000		96,2
	56	0,80090	0,81055	0,00965	9,65000	8,10000	1,55000		83,9
	57	0,77338	0,78231	0,00893	8,93000	5,80000	3,13000		64,9
	58	0,78272	0,79351	0,01079	10,79000	10,30000	0,49000		95,5
2026-0013	59	0,79022	0,80119	0,01097	10,97000	10,50000	0,47000		95,7
	60	0,80061	0,81017	0,00956	9,56000	9,30000	0,26000		97,3
	61	0,80054	0,81025	0,00971	9,71000	9,50000	0,21000		97,8
	62	0,80263	0,81435	0,01172	11,72000	11,60000	0,12000		99,0
2026-0014	63	0,81555	0,82591	0,01036	10,36000	10,40000	-0,04000		100,4
	64	0,80276	0,81312	0,01036	10,36000	7,70000	2,66000		74,3
	65	0,78317	0,79404	0,01087	10,87000	8,50000	2,37000		78,2
	66	0,80547	0,81642	0,01095	10,95000	9,30000	1,65000		84,9
2026-0015	67	0,79580	0,80642	0,01062	10,62000	10,13000	0,49000		95,4
	68	0,80000	0,81384	0,01384	13,84000	11,33000	2,51000		81,9
	69	0,80228	0,81327	0,01099	10,99000	6,76000	4,23000		61,5
	70	0,79990	0,80986	0,00996	9,96000	7,37000	2,59000		74,0
2026-0016	71	0,80021	0,81184	0,01163	11,63000	10,44000	1,19000		89,8
	72	0,77968	0,79289	0,01321	13,21000	12,11000	1,10000		91,7
	73	0,80792	0,81803	0,01011	10,11000	10,11000	0,00000		100,0
	74	0,81232	0,82412	0,01180	11,80000	10,88000	0,92000		92,2
2026-0017	75	0,78609	0,79837	0,01228	12,28000	11,34000	0,94000		92,3
	76	0,78767	0,79766	0,00999	9,99000	8,60000	1,39000		86,1
	77	0,79604	0,80608	0,01004	10,04000	7,49000	2,55000		74,6
	78	0,78048	0,79259	0,01211	12,11000	7,43000	4,68000		61,4
2026-0018	79	0,79377	0,80618	0,01241	12,41000	11,77000	0,64000		94,8
	80	0,78082	0,79124	0,01042	10,42000	10,31000	0,11000		98,9
	81	0,80013	0,81046	0,01033	10,33000	9,70000	0,63000		93,9
	82	0,80457	0,81665	0,01208	12,08000	10,94000	1,14000		90,6

Auswertung 7. Ringversuch Gravimetrie 2026



Teiln. Nr.:	PR-Nr.:	Leer	Gefüllt	Differenz [g]	Differenz [mg]	Ermittelt [mg]	Ergebnis [mg]	Bemerkung	Wiederfindungsrate [%]
2026-0019	83	0,82221	0,83306	0,01085	10,85000	9,20000	1,65000		84,8
	84	0,79677	0,80749	0,01072	10,72000	9,50000	1,22000		88,6
	85	0,77493	0,78483	0,00990	9,90000	10,00000	-0,10000		101,0
	86	0,80271	0,81489	0,01218	12,18000	11,40000	0,78000		93,6
2026-0020	87	0,80315	0,81524	0,01209	12,09000	11,10000	0,99000		91,8
	88	0,76570	0,77629	0,01059	10,59000	9,06000	1,53000		85,6
	89	0,80578	0,81617	0,01039	10,39000	7,81000	2,58000		75,2
	90	0,79929	0,81128	0,01199	11,99000	9,57000	2,42000		79,8
2026-0021	91	0,80665	0,81644	0,00979	9,79000	9,81000	-0,02000		100,2
	92	0,80896	0,82070	0,01174	11,74000	10,47000	1,27000		89,2
	93	0,79054	0,80244	0,01190	11,90000	12,75000	-0,85000		107,1
	94	0,78372	0,79445	0,01073	10,73000	11,55000	-0,82000		107,6
2026-0022	95	0,79257	0,80353	0,01096	10,96000	10,34000	0,62000		94,3
	96	0,80240	0,81444	0,01204	12,04000	11,87000	0,17000		98,6
	97	0,81899	0,82995	0,01096	10,96000	10,73000	0,23000		97,9
	98	0,77165	0,78113	0,00948	9,48000	9,61000	-0,13000		101,4